

## OSAT Spoedechografie: Extended Focused Assessment with Sonography in Trauma

Naam AIOS ..... BIG nummer .....  
 Opleidingskliniek  algemeen ziekenhuis  academisch ziekenhuis  stage .....  
 Opleidingsfase (Jaar/ semester)
 

J1/S	J1/S	J2/S	J2/S	J3/S	J3/S
1	2	1	2	1	2

 Aantal gedane EFAST: .....  
 Naam beoordelaar: .....  
 Setting:  SEH  anders, nl: .....  
 Patiënt:  Leeftijd: .....  sekse m/v  
 Urgentie:  laag  matig  hoog  
 Datum: ..... - ..... - .....

<b>Vorbereiding</b>	Niet of niet correct uitgevoerd	Correct uitgevoerd	Niet te beoordelen
Stelt indicatie voor echo op juiste gronden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informeert patient / familie over echo (doel, risico's en mogelijke uitkomsten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkrijgt zo mogelijk verbale toestemming patient / familie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vraagt echo op juiste wijze aan & zet patientengegevens in echomachine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Positioneert patient op juiste wijze: rugligging, volledig gestrekte rug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat aan de rechter kant van de patient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene: gebruikt handschoenen en reinigt probe voor onderzoek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kiest juiste probe: abdominale / curvilineaire probe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Uitvoering</b>	Niet of niet correct uitgevoerd	Correct uitgevoerd	Niet te beoordelen
<b>Algemeen</b>			
Kiest juiste probe positie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kiest juiste marker positie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stelt diepte en gain in voor optimale visualisatie van de relevante anatomie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiseert en benoemt relevante structuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geeft aan of er vrij vocht is of niet en waar dit zich eventueel zou kunnen ophopen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Slaat relevante beelden en/of filmpjes op	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1. Hepatorenal / Morison's pouch</b>			
Probe- en markerpositie mid-postaxillair thv costa 8-11, 12 uur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiseert & benoemt: craniaal: diagfragma en sinus pleurae rechts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Morison's pouch, caudaal: caudale deel nier re en leverpunt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Splenorenal / Kohler's pouch</b>			
Probe- en markerpositie: postaxillair thv costa 6-9, 12uur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiseert & benoemt: craniaal: diagfragma en sinus pleurae links,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kohler's pouch, caudaal: caudale deel nier links en caudale deel milt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>3. Pelvis</b>			
Probe positie: net boven symfyse, proberichting caudaal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transversaal marker: 9 uur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Longtudinaal marker: 12 uur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiseert & benoemt:blaas , rectovesiciale overgang bij mannen en cavum douglasi bij vrouwen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Cardiaal : subxyphoïdaal</b>			
Probe- en markerpositie :subxyphoïdaal, probe 15 graden tov de huid, 9 uur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiseert & benoemt atria, kamers, pericard, lever	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5. Thoracaal rechts en links</b>			
NB curvelineair /abdominale probe of lineaire probe			
Probepositie: start 2e-3e intercostaal ruimte midclaviculair rechts (idem links) naar 6e intercostaal ruimte postaxillair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Start markerpositie: 12 uur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Setting: long	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Visualiseert & benoemt : ribben, pleurale lijn, sliding sign ja of nee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gebruikt zn M-Mode en geeft aan over een seashore sign ( sliding) danwel stratosphere sign ( geen sliding) is	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Na E.F.A.S.T.</b>	Niet of niet correct uitgevoerd	Correct uitgevoerd	Niet te beoordelen
Stelt bij vrij vocht / pericardvocht / hemato- / pneumothorax / team op de hoogte en volgt gebruikelijke procedure/ protocol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stelt patiënt en familie op de hoogte van bevindingen en gevolgen voor verder behandeling en beleid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maakt een compleet verslag in echo machine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zorgt dat echomachine gebruiksklaar is voor volgende echo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Feedback - algemeen</b>	
Goede punten naar aanleiding van deze OSAT:	
Te verbeteren naar aanleiding van deze OSAT:	
Handtekening beoordelaar / supervisor	Handtekening AIOS
.....	.....

Benodigde supervisie (aan-/bijsturing) m.b.t. dit patiënten contact:	Zeer veel				Nihil
	1	2	3	4	5

Functioneren van de AIOS in <u>dit</u> patiëntencontact (omcirkel wat van toepassing is)	Onder verwacht niveau	Op verwacht niveau	Boven verwacht niveau
--	-----------------------	--------------------	-----------------------